



**PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**

Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 19 MAR. 2004

DECYZJA NR ZT 136/2004

Na podstawie art. 16 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 z późniejszymi zmianami) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 listopada 2003 r., numer 11/AVL/2003, zgłoszonego przez TABLIX Sp. z o. o. ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, pełnomocnika AVL DITEST GmbH Alte Poststrasse 152, A-8020 Graz, Austria, oraz na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Nederlands Meetinstituut, Holandia, i Główny Urząd Miar

ZATWIERDZAM TYP

analizatorów spalin samochodowych o znakach fabrycznych AVL DiGas 4000 L, AVL DiGas 4000 i AVL DiCom 4000, produkcji AVL List GmbH, Hans-List-Platz 1, A-8020 Graz, Austria, albo AVL DITEST GmbH, Alte Poststrasse 152, A-8020 Graz, Austria, zwanych dalej „analizatorami”.

Analizatorom nie nadaje się znaku zatwierdzenia typu.

Analizatory spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 58), dla klasy dokładności I.

Charakterystyka typu:

Badany składnik	Zakres pomiarowy (ułamek objętościowy)	Rozdzielczość (ułamek objętościowy)	Metoda pomiaru
CO	(0 ÷ 10) %	0,01 %	NDIR
CO ₂	(0 ÷ 20) %	0,1 %	NDIR
Węglowodory (HC)	(0 ÷ 2) %	0,0001 %	NDIR
O ₂	(0 ÷ 23) %	0,01 % w zakresie do 4 %; 0,1 % w zakresie powyżej 4 %	elektrochemiczna

Zasilanie: (195 ÷ 253) V, (47 ÷ 65) Hz.

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji jako uwzględniającej w całości żądanie strony.

Od decyzji niniejszej stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Po wyczerpaniu środków odwoławczych stronie niezadowolonej z decyzji przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie (art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Otrzymują:

1. TABLIX Sp. z o. o.
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa,
pełnomocnik AVL DITEST GmbH
Alte Poststrasse 152
A-8020 Graz, Austria

Z up. Prezesa GUM

Anna Lato-Zuchowska
WICEPREZES

2. GUM a/a

Do wiadomości:

Dyrektorzy OUM

Egz. szt. 2

