



PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
 Warszawa, ul. Elektoralna 2

DECYZJA NR ZT 537/95

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz.U. Nr 55, poz. 248), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 marca 1995 r., bez numeru, firmy Siems & Klein Sp. z o.o. ul. Wspólna 69 m 8, 00-686 Warszawa oraz na podstawie badań wykonanych przez Nederlands Meetinstituut i Laboratorium Analizy Spalin Zakładu Fizykochemii GUM

ZATWIERDZAM TYP

**analizatorów spalin samochodowych o znaku fabrycznym
 MGA 1200, produkcji SUN Electric Europe B.V.,
 Spaklerweg 69, 1099 BB Amsterdam (Holandia).**

Analizatorom spalin samochodowych nie nadaje się znaku typu.

Analizatory spalin samochodowych spełniają wymagania określone w Zaleceniu OIML R99 (1991) "Przyrządy do pomiaru emisji spalin" dla I klasy dokładności i wymagania określone w normie PN-84/T-06500/05 "Elektroniczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa obsługi".

Charakterystyka:

Badany składnik	Zakres pomiarowy (Ułamek objętościowy)	Rozdzielczość (Ułamek objętościowy)	Metoda pomiaru
CO	(0 ÷ 10) %	0,01 %	NDIR
CO ₂	(0 ÷ 20) %	0,01 %	NDIR
Węglowodory (HC)	(0 ÷ 2) %	0,0001 % lub 0,0010 %	NDIR
O ₂ *)	(0 ÷ 21) %	0,1 %	elektrochem.

*) nie dotyczy zatwierdzenia typu

Zasilanie : 220 V ; 50 Hz

Analizatory spalin samochodowych mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania do dnia 31 sierpnia 1999 r.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Decyzja niniejsza może być zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem, za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "K. Mordziński".

Krzysztof Mordziński