



PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 1996-08-09

DECYZJA NR ZT 626/96

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz.U. Nr 55, poz. 248), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 maja 1996 r., nr C/BB/136/96, firmy AWAT Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe, 01-476 Warszawa, ul. Kaliskiego 9 oraz na podstawie badań wykonanych przez Laboratorium Analizy Spalin Zakładu Fizykochemii Głównego Urzędu Miar

ZATWIERDZAM TYP

**analizatora spalin samochodowych o znaku fabrycznym AG 4, produkcji AWAT
SPÓŁKA Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENOWE,
01-476 Warszawa, ul. Kaliskiego 9.**

Analizatorom spalin samochodowych nie nadaje się znaku typu.

Analizatory spalin samochodowych spełniają wymagania określone w przepisach metrologicznych o analizatorach spalin samochodowych wprowadzonych zarządzeniem Nr 65 Prezesa GUM z dnia 20 maja 1996 r. (Dz.Urz. Miar i Probiernictwa nr 13, poz. 72), dla I klasy dokładności.

Charakterystyka analizatora:

Badany składnik	Zakres pomiarowy (ułamek objętościowy)	Rozdzielczość (ułamek objętościowy)	Metoda pomiaru
CO	(0÷10,00)%	0,01 %	NDIR
CO ₂	(0÷20,0)%	0,1 %	NDIR
Węglowodory (HC)	(0÷0,2000)%	0,0001 %	NDIR
O ₂ *	(0÷21)%	0,01 %	elektrochem.

*) W zakresie pomiarowym O₂ wykonano sprawdzenie w punkcie 0 % i 20,9 %.

Zasilanie : 220 V ; 50 Hz

Analizatory spalin samochodowych mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania do dnia 31 sierpnia 2000 r.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Decyzja niniejsza może być zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.



Z up.

DYREKTOR ZAKŁADU

Stanisław
dr inż. Wojciech Stanioch