



PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 1998-10-26

DECYZJA NR ZT 888/98

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248 z późniejszymi zmianami)-po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 kwietnia 1998 r., bez numeru, firmy SAXON Prüftechnik GmbH NL Junkalor Abgasmeßtechnik, Altener Straße 43, 06847 Dessau, Niemcy oraz na podstawie badań wykonanych przez Physikalisch-Technische Bundesanstalt i Laboratorium Analizy Spalin Zakładu Fizykochemii Głównego Urzędu Miar

ZATWIERDZAM TYP

analizatorów spalin samochodowych o znaku fabrycznym **INFRALYT CL**
produkcji SAXON Prüftechnik GmbH, NL Junkalor Abgasmeßtechnik,
Altener Straße 43, 06847 Dessau, Niemcy, zwanych dalej "analizatorami".

Analizatorom nie nadaje się znaku typu.

Analizatory spełniają wymagania określone w przepisach metrologicznych o analizatorach spalin samochodowych, stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 65 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 20 maja 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 13, poz. 72) dla I klasy dokładności i normy PN-84/T-06500/05 "Elektroniczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa obsługi".

Charakterystyka analizatora:

Badany składnik	Zakres pomiarowy (Ułamek objętościowy)	Rozdzielczość (Ułamek objętościowy)	Metoda pomiaru
CO	(0 ÷ 10) %	0,001 %	NDIR
CO ₂	(0 ÷ 20) %	0,01 %	NDIR
Węglowodory (HC)	(0 ÷ 2) %	0,0001 %	NDIR
O ₂	(0 ÷ 22) %	0,01 %	elektrochem.

Zasilanie : 220 V ; 50 Hz

Analizatory mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania do dnia 31 października 2002 r.

Od decyzji niniejszej służy stronie wniosek do Prezesa Głównego Urzędu Miar o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



z up. Prezesa GUM

Maria Szelaż
WICEPREZES