



DECYZJA NR ZT 353/2003

Na podstawie art. 16 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 z późniejszymi zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 stycznia 2003 r., bez numeru, zgłoszonego przez firmę PRECYZJA-BIT PPHU Sp. z o.o., ul. Gdańska 99, 85-022 Bydgoszcz, oraz na podstawie badań wykonanych przez Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin, Niemcy oraz Laboratorium Analizy Gazów Zakładu Fizykochemii i Laboratorium Pola Elektromagnetycznego i Badań Środowiskowych Zakładu Metrologii Elektrycznej Głównego Urzędu Miar

ZATWIERDZAM TYP

analizatorów spalin samochodowych o znaku fabrycznym AT 502, produkcji firmy ATAL s.r.o., Lesni 47, 390 01 Tábor-Horky, Czechy, zwanych dalej "analizatorami".

Analizatorom nie nadaje się znaku typu.

Analizatory spełniają wymagania określone w przepisach metrologicznych o analizatorach spalin samochodowych, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 65 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 20 maja 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 13, poz. 72) - dla klasy dokładności I.

Charakterystyka:

Badany składnik	Zakres pomiarowy (ułamek objętościowy)	Rozdzielczość (ułamek objętościowy)	Metoda pomiaru
CO	(0 ÷ 10) %	0,01 %	NDIR
CO <sub>2</sub>	(0 ÷ 20) %	0,1 %	NDIR
Węglowodory (HC)	(-0,0012 ÷ 0,9) %	(-0,0012 ÷ 0,2) % - 0,0001 % (0,2 ÷ 0,9) % - 0,001 %	NDIR
O <sub>2</sub>	(0 ÷ 22) %	(0 ÷ 4) % - 0,01 % (4 ÷ 22) % - 0,1 %	elektrochemiczna

Zasilanie : 230 V; 50 Hz ; 250 W

Analizatory mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania do dnia 31 grudnia 2006 r.

Od decyzji niniejszej służy stronie wniosek do Prezesa Głównego Urzędu Miar o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



PREZES  
*Włodzimierz Sanocki*  
Włodzimierz Sanocki