PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 1997-07-23

DECYZJA NR ZT 578/97

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz.U. Nr 55, poz. 248 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272), po rozpatrzeniu wniosków z dnia 23 października 1996 r. bez numeru i z dnia 5 maja 1997 r. bez numeru, Arcon Industrial Service Corporation Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa, oraz na podstawie badań wykonanych przez Laboratorium Analizy Spalin Zakładu Fizykochemii Głównego Urzędu Miar

ZATWIERDZAM TYP

analizatorów spalin samochodowych o znaku fabrycznym ISC OLIVER model K 9000 P produkcji Arcon Industrial Service Corporation Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa

Analizatorom spalin samochodowych nie nadaje się znaku typu.

Analizatory spalin samochodowych spełniają wymagania określone w przepisach metrologicznych o analizatorach spalin samochodowych wprowadzonych zarządzeniem Nr 65 Prezesa GUM z dnia 20 maja 1996 r. (Dz.Urz. Miar i Probiernictwa nr 13, poz. 72), dla analizatorów **I klasy** dokładności.

Charakterystyka analizatora:

Badany składnik	Zakres pomiarowy (ułamek objętościowy)	Rozdzielczość (ułamek objętościowy)	Metoda pomiaru
CO	(0 ÷10)%	0,01 %	NDIR
CO_2	(0 ÷20)%	0,01 %	NDIR
Węglowodory (HC)	(0 ÷ 0,2)%	0,0001 %	NDIR
O_2 *	(0 ÷22)%	0,01 %	elektrochem.

*) W zakresie pomiarowym O_2 wykonano sprawdzenie w punkcie 0 % i 20,9 %.

Zasilanie : 12 V ;

Analizatory spalin samochodowych mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania do dnia 30 czerwca 2001 r.

Od decyzji niniejszej służy stronie wniosek do Prezesa Głównego Urzędu Miar o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

Włodzimierz Kamiński
WICEPREZES