PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Warszawa,ul.Elektoralna 2

Warszawa, 1995-12-18

DECYZJA NR ZT 846/95

Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz.U. Nr 55, poz. 248), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 sierpnia 1995 r., bez numeru, firmy Siems & Klein Sp. z.o.o. ul. Wspólna 69 m 8, 00-686 Warszawa oraz na podstawie badań wykonanych przez Nederlands Meetinstituut i Laboratorium Analizy Spalin Zakładu Fizykochemii Głównego Urzędu Miar

ZATWIERDZAM TYP

analizatora spalin samochodowych o znaku fabrycznym DGA 1800, produkcji SUN Electric Europe B.V., Spaklerweg 69, 1099 BB Amsterdam (Holandia).

Analizatorom spalin samochodowych nie nadaje się znaku typu.

Analizatory spalin samochodowych spełniają wymagania określone w Zaleceniu OIML R99 (1991) "Przyrządy do pomiaru emisji spalin" dla **I klasy** dokładności i normie PN-84/ T-06500/05 "Elektroniczne przyrządy pomiarowe .Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa obsługi", oraz normie IEC 1010-1 w części dotyczacej wytrzymałości izolacji.

Charakterystyka analizatora:

Badany składnik	Zakres pomiarowy (Ułamek objętościowy)	Rozdzielczość (Ułamek objętościowy)	Metoda pomiaru
CO	(0 ÷ 10) %	0,01 %	NDIR
CO_2	(0 ÷ 20) %	0,01 %	NDIR
Węglowodory (HC)	(0 ÷ 0,2) %	0,0001 %	NDIR
O_2 *	(0 ÷ 21) %	0,01 %	elektrochem.

*) nie dotyczy zatwierdzenia typu

Zasilanie : 220 V ; 50 Hz

Analizatory spalin samochodowych mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania do dnia 31 grudnia 1999 r.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Decyzja niniejsza może być zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem, za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Włodzimierz Kamiński
WICEPREZES