

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin



EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type-examination certificate

Ausgestellt für: DiTEST Fahrzeugdiagnose GmbH
Issued to: Ein AVL Unternehmen
Alte Poststraße 152
8020 Graz
ÖSTERREICH

Rechtsbezug: Richtlinie 2004/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März
In accordance with: 2004 über Messgeräte (ABl. L 135 S. 1), umgesetzt durch die Vierte Verordnung zur
Änderung der Eichordnung vom 8. Februar 2007 (BGBl. I S. 70).
*Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on
measuring instruments (OJ L 135 p. 1), implemented by the Fourth Ordinance for amending the
Verification Ordinance dated 8 February 2007 (Federal Law Gazette I, p. 70).*

Geräteart: Abgasanalysator *Exhaust Gas Analyser* der Genauigkeitsklasse 0
Type of instrument:

Typbezeichnung: AVL DiGas 480
Type designation:

Nr. der Bescheinigung: DE-09-MI010-PTB003 **1. Revision**
Certificate number:

Gültig bis: 04.02.2020
Valid until:

Anzahl der Seiten: 14
Number of pages:

Geschäftszeichen: PTB-3.2-4048670
Reference No.:

Benannte Stelle: 0102
Notified Body:

Ort, Ausstellungsdatum: Braunschweig, 16.09.2010
Date of issue:

Zertifizierer: Bewerter:
Certifier: *Evaluator:*

Im Auftrag Siegel Im Auftrag
By order *Seal* *By order*

Dr. Norbert Böse

Dipl.-Ing. (FH) Georg Heine

Hinweise

Revisionen ohne Unterschrift und Siegel haben keine Gültigkeit. Diese Revision darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Note

Revisions without signature and seal are not valid. This Revision may not be reproduced other than in full. Extracts may be taken only with the permission of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

Physikalisch Technische Bundesanstalt - Bundesallee 100 - D-38116 Braunschweig - Abbestraße 2-12 - D-10587 Berlin

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 16.09.2010, Bescheinigung Nr: DE-09-MI010-PTB003, 1. Revision
dated 16.09.2010, Certificate number: DE-09-MI010-PTB003, Revision 1

Seite 2 von 14 Seiten
Page 2 of 14 pages

Zertifikatsgeschichte

Zertifikats-Ausgabe	Datum	Änderungen
DE-09-MI010-PTB003, 1. Revision	16.09.2010	Typenschild
DE-09-MI010-PTB003	05.02.2010	Erstbescheinigung

Rechtsvorschriften:

Für die in dieser Bescheinigung genannten Geräte gilt die Richtlinie 2004/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über Messgeräte (ABl. L 135 S. 1), umgesetzt durch die Vierte Verordnung zur Änderung der Eichordnung vom 8. Februar 2007 (BGBl. I S 70

einschließlich

- Anhang I „Grundlegende Anforderungen“
- Anhang MI-010, „Abgasanalytoren“

übereinstimmend mit:

Allgemeine Vorschriften der Eichordnung (EO-AV) vom 12. August 1988 (BGBl. S 1657), zuletzt geändert durch Artikel 287 der Verordnung vom 25 November 2003 (BGBl. I S, 2304)

Anlage 18 zur Eichordnung vom 12. August 1988, zuletzt geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der Eichordnung vom 8. Februar 2007 (BGB. 2007 Teil 1, Nr.4).I

Angewendete harmonisierte Normen bzw. normative Dokumente:

- OIML R99 / ISO 3930: Geräte zur Messung der Abgasemissionen von Fahrzeugen, Dritte Ausgabe vom 01.09.2000

Weitere angewendete Regeln:

- WELMEC-Leitfaden 7.2 Issue 1, Ausgabe 5/2005

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Bundesallee 100
38116 Braunschweig
DEUTSCHLAND

Abbestraße 2-12
10587 Berlin
DEUTSCHLAND

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 16.09.2010, Bescheinigung Nr: DE-09-MI010-PTB003, 1. Revision
dated 16.09.2010, Certificate number: DE-09-MI010-PTB003, Revision 1

Seite 3 von 14 Seiten
Page 3 of 14 pages

**Die Geräte/Messsysteme müssen folgenden Festlegungen entsprechen:
The instruments shall meet the following provisions:**

1 Bauartbeschreibung

Design of the instrument

-Typbezeichnung

„AVL DiGas 480“

Beschreibung

Mit dem DiGas 480 werden die Konzentration für CO, CO₂, HC und O₂ in einem am Auspuffrohr entnommenen Teilstrom des Abgases eines Fremdzündungsmotors ermittelt. Zur Probenahme besitzt das DiGas 480 eine integrierte Pumpe, welche durch eine Probenahmesonde die Abgasprobe aus dem Auspuffrohr eines KFZ zum Messgerät fördert.

1.1 Aufbau

Construction

Das Abgasmessgerät besteht aus dem Messwerterzeuger DiGas 480 mit integrierter Anzeige. Ein zusätzliches Anzeigegerät (PC oder Laptop, im folgenden nur noch PC genannt) darf über das Basismodul „DiLink 480“ oder direkt mit dem Messwerterzeuger verbunden werden. Zum Erzeugen von Ausdrucken wird das zusätzliche Anzeigegerät mit angeschlossenem Drucker benötigt.

1.2 Messwertaufnehmer

Sensor

1.2.1 Messeinrichtungen für CO, CO₂, und HC

Folgende Messeinrichtungen (Messbank) sind zugelassen:

Messprinzip: NDIR-Filter-Verfahren

Hersteller	Typ	Firmware-Version
Sensors Inc., Saline, Michigan, USA	AMB II 9270-054	FW 5.121 / 5.125 / 5.129

1.2.2 Messeinrichtung für Sauerstoff

Messprinzip: Elektrochemischer Sensor

Anschlüsse: Molex-Stecker, Gewinde M16 x 1P

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 16.09.2010, Bescheinigung Nr: DE-09-MI010-PTB003, 1. Revision
dated 16.09.2010, Certificate number: DE-09-MI010-PTB003, Revision 1

Seite 4 von 14 Seiten
Page 4 of 14 pages

Hersteller und Typ:

Hersteller	Typ
City Technology Ltd.	AO2 CiTiceL
Envitec Wismar GmbH	OOA 101
IT Dr. Gambert GmbH	A-01
Teledyne Electronic Technologies	R 21A und R 22A
AVL DiTest GmbH	R 21AVL

1.3 Messwertverarbeitung

Measurement value processing

- Hardware

Der Messwerterzeuger besteht aus den Messaufnehmern und einer Einheit die Mess-, Steuer-, Ausgabe- und Kommunikationsaufgaben übernimmt. Die Messwertverarbeitung der Messwerte der Messbank findet im Mikroprozessorsystem der Messbank statt (Firmware der Messbank). Die Überprüfung und Aktivierung der Software der oben genannten Einheit (Firmware) wird vom Bootloader erfüllt, der auf einem EEPROM gespeichert ist. Das DiGas480 besitzt eine eigene Anzeige und Ausdrucksmöglichkeit.

- Software

Die Firmware des DiGas480 enthält sowohl rechtlich relevante als auch nicht relevante Funktionen. Die Versionsbezeichnung bezieht sich auf die komplette Firmware. Die Checksumme der Firmware umfasst nur die rechtlich relevanten Funktionen. Beide sind die Identifikation der rechtlich relevanten Software. Jeder Download einer neuen Firmware wird in einem Logbuch vermerkt; der Downloadablauf wird von dem Bootloader gehandelt, der nicht ausgetauscht werden kann, ohne ein Siegel zu zerstören. Das Logbuch kann nur gelöscht werden, wenn ein neues EEPROM eingesetzt wird, dazu muss das Gerät geöffnet werden. Einträge im Logbuch haben laufende Nummern, aber das Datum wird vom PC geliefert.

Da über die Schnittstellen kein unerlaubter Zugriff, ohne Spuren zu hinterlassen, auf die Messwerte, die rechtlich relevante Software oder die Parameter möglich ist, braucht der PC nicht betrachtet zu werden.

Der PC wird für den AU-Ablauf und das Einspielen einer neuen Firmware benötigt.

Die AU-Software in der zusätzlichen Bedien- und Anzeigeeinrichtung übernimmt die Kommunikation mit dem Messwerterzeuger. Die Prüfung der Richtigkeit der Datenübertragung

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 16.09.2010, Bescheinigung Nr: DE-09-MI010-PTB003, 1. Revision
dated 16.09.2010, Certificate number: DE-09-MI010-PTB003, Revision 1

Seite 5 von 14 Seiten
Page 5 of 14 pages

zwischen Messwerterzeuger und Bedien- und Anzeigeeinrichtung erfolgt mit Hilfe von CRC16-Checksummen. Das AU-Programm holt die Daten aus dem Messwerterzeuger und bringt sie zur Anzeige.

Zugelassene Software für AVL DiGas 480 (DE):

Softwareteil	SW-Version	Checksumme	Sicherungspfl.
Bootloader	020200	-	ja
Firmware	020207	502F	ja
Firmware Messbank AMB II	5.121 / 5.125 / 5.129	-	ja

Ländervariante (GB):

Softwareteil	SW-Version	Checksumme	Sicherungspfl.
Bootloader	020200	-	ja
Firmware	030106	D5D7	ja
Firmware Messbank AMB II	5.121 / 5.125 / 5.129	-	ja

Ländervariante (CZ):

Softwareteil	SW-Version	Checksumme	Sicherungspfl.
Bootloader	020200	-	ja
Firmware	110106	0079	ja
Firmware Messbank AMB II	5.121 / 5.125 / 5.129	-	ja

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 16.09.2010, Bescheinigung Nr: DE-09-MI010-PTB003, 1. Revision
dated 16.09.2010, Certificate number: DE-09-MI010-PTB003, Revision 1

Seite 6 von 14 Seiten
Page 6 of 14 pages

Ländervariante (FI):

Softwareteil	SW-Version	Checksumme	Sicherungspfl.
Bootloader	020200	-	ja
Firmware	090100	D5D7	ja
Firmware Messbank AMB II	5.121 / 5.125 / 5.129	-	ja

Hinweis: Da die Checksumme nur über den rechtlich relevanten Teil der Software gebildet wird, ist es bei einer neuen SW-Version möglich, eine neue Versionsnummer mit gleicher Checksumme zu erhalten.

1.4 Messwertanzeige

Indication of the measurement results

Das DiGas 480 besitzt ein integriertes LCD-Display mit Bedienfeldtasten. Zusätzlich kann ein PC oder Laptop als Bedien- und Anzeigeeinrichtung angeschlossen werden.

1.5 Optionale Einrichtungen und Funktionen, die der Messgeräterichtlinie unterliegen

Optional equipment and functions subject to MID requirements

Keine

1.6 Technische Unterlagen

Technical documentation

- Gerätehandbuch "AVL DiGas 480", Ausgabe April 2006, Identnummer: AT7032D
- Softwarebeschreibung vom Januar 2004
- AMB II 9270-054 Hardware-Interface Doc # 9315-031 Rev. E
- AMB II 9270-054 Software-Interface Specification Doc # 9315-030 Rev D
- Schaltpläne zum Analog und Digitalteil, Vers. 4, vom 21.01.03
- Pflichtenheft HGM RIP-Befehlssatz
- EMV- Prüfbericht Nr. 8291157, vom 29.10. 2009
LGA QualiTest GmbH, Tillystrasse 2, D-90431 Nürnberg
- Abschließende Begutachtung der DEKRA Nr. AU-1340811AP1/8129 der DEKRA Automobil GmbH
- Techn. Bericht der DEKRA Nr. AU-TB090503AP4/8129 der DEKRA Automobil GmbH

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 16.09.2010, Bescheinigung Nr: DE-09-MI010-PTB003, 1. Revision
dated 16.09.2010, Certificate number: DE-09-MI010-PTB003, Revision 1

Seite 7 von 14 Seiten
Page 7 of 14 pages

- Technische Dokumentation, in der PTB hinterlegt
- Checkliste und Prüfprotokolle der PTB, AG 3.21 vom 24.09.2009 bis 20.01.2010

1.7 Integrierte Einrichtungen und Funktionen, die nicht der Messgeräte Richtlinie unterliegen

Integrated equipment and functions not subject to MID

- Optionaler NO-Messkanal (Option)

1.7.1 Drucker

Um verschiedene Ausdrücke zu erhalten, muss an den PC ein Drucker angeschlossen werden. Der Ausdruck ist im Rahmen der Zulassung nicht geprüft. Der Ausdruck ist im Rahmen der Nachprüfung mit der Messwertanzeige zu vergleichen (siehe Punkt 5.4.8).

1.7.2 DiLink 480

An das DiGas 480 darf über die Schnittstelle das Basismodul DiLink 480 angeschlossen werden. Das DiLink 480 dient dann zur Stromversorgung, zum Anschluss des PCs oder zum Anschluss weiterer nicht sicherungspflichtiger Geräte zur Drehzahlerfassung etc..

2 Technische Daten

Technical data

2.1 Nennbetriebsbedingungen

Rated operating conditions

2.1.1 Messbereich

Measurement range

	Mess- und Anzeigebereich	Auflösung
CO	0 - 10.0 % vol.	0.01 % vol.
CO ₂	0 - 20.0 % vol.	0.1 % vol.
HC	0 – 20,000 ppm vol.	≤ 2000: 1ppm vol. > 2000: 10 ppm vol.
O ₂	0 - 22.0 % vol.	0.01 % vol.

2.1.2 Genauigkeitsklasse

Accuracy class

Das Gerät erfüllt die Genauigkeitsklasse 0.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 16.09.2010, Bescheinigung Nr: DE-09-MI010-PTB003, 1. Revision
dated 16.09.2010, Certificate number: DE-09-MI010-PTB003, Revision 1

Seite 8 von 14 Seiten
Page 8 of 14 pages

2.1.3 Umgebungsbedingungen

Environment / influence quantities

Betriebstemperatur:	+5 °C bis +45 °C
rel. Luftfeuchtigkeit:	max. 95 %, nicht kondensierend
Umgebungsdruck:	750 hPa bis 1100 hPa
Mechanisch:	Klasse M1
Elektromagnetisch:	Klasse E3

2.2 Sonstige Betriebsbedingungen

If applicable, other operating conditions

Nennspannung:	11 VDC bis 25 VDC
Leistungsaufnahme:	25 W
Minstdurchfluss der Pumpe:	120 l/h
Nenndurchfluss der Pumpe:	180 l/h

3 Schnittstellen und Kompatibilitätsbedingungen

Interfaces and compatibility conditions

3.1 Schnittstellen

Die Schnittstellen am "DiGAS 480" sind geprüft und erfüllen die Anforderungen der PTB-A 50.1 an die Rückwirkungsfreiheit. Sie bleiben ungesichert.

Die Schnittstellen am "DiLink 480" sind sicherungstechnisch nicht relevant, da die Messwerte nur durchgeschleift werden. Sie bleiben ungesichert.

3.1.1 Schnittstellen am DiGas 480

USB 2.0 Schnittstelle zum Anschluss des DiLink 480 oder eines PCs

3.1.2 Schnittstellen am DiLink 480

- USB 2.0-Schnittstelle zum Anschluss des DiGas 480
- Rundstecker-Buchse für Steuerkabel-Anschluss des separat zugelassenen DiSmoke 480
- USB 2.0 Schnittstelle zum Anschluss des PCs
- Klinkenbuchsen für Anschluss zusätzlicher nicht sicherungspflichtiger Geräte zur Drehzahlmessung etc.

4 Anforderungen an Produktion, Inbetriebnahme und Verwendung *Requirements on production, putting into use and utilisation*

4.1 Anforderungen an die Produktion

Requirements on production

Eine einheitliche messtechnische Endkontrolle jedes einzelnen Gerätes (Stückprüfung) ist beim Hersteller oder bei der Inbetriebnahme (siehe 4.2) vorzunehmen. Folgende Prüfpunkte müssen positiv abgeschlossen werden.

- Dichtheitstest
- HC-Rückstandstest
- Nullpunktkalibrierung mit Umgebungsluft
- Justierung der Geräte mit Prüfgasen

Anschließend sind die Geräte zu sichern

4.2 Anforderungen an die Inbetriebnahme

Requirements on putting into use

Die Inbetriebnahme erfolgt nach der Betriebsanleitung.

4.3 Anforderungen an die Verwendung

Requirements for consistent utilisation

Der Hersteller hat dem Gerät eine Betriebsanleitung beizufügen, die u.a. Hinweise zur Justierung, Kontrolle und Wartung enthält.

Der maximal zulässige Zeitabstand zwischen zwei Justierungen mit Prüfgas beträgt 365 Tage. Nach Ablauf dieser Zeit ist keine Abgasmessung mehr möglich und das Messgerät fordert automatisch eine Justierung mit Prüfgas.

5 Kontrolle in Betrieb befindlicher Geräte

Control of the measuring tasks of the instrument in use

5.1 Unterlagen für die Prüfung

Documentation of the procedure

- Diese Bescheinigung
- OIML R99 / ISO 3930
- Betriebsanleitung

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 16.09.2010, Bescheinigung Nr: DE-09-MI010-PTB003, 1. Revision
dated 16.09.2010, Certificate number: DE-09-MI010-PTB003, Revision 1

Seite 10 von 14 Seiten
Page 10 of 14 pages

Eine Kontrolle ist nach vorangestellten Bau- und Prüfvorschriften und den nachfolgenden Hinweisen durchzuführen.

5.2 Spezielle Prüfeinrichtungen oder Software

Special equipment or software

Prüfgase entsprechend OIML R99 / ISO 3930

5.3 Identifizierung

Identification

- Die Angabe auf dem Typenschild muss mit der Angabe der Typbezeichnung unter Punkt 1 übereinstimmen.

- Die Messeinrichtung für O₂ muss einen der in 1.2.2 aufgeführten Sauerstoffsensoren beinhalten.

-Die Eintragungen im Hauptmenü können wie folgt geprüft werden:

Auswahl von 6 "Einstellungen"

Auswahl von 5 "Parameter"

Auswahl von 5 "Logbuch"

jeweils mit „←“ aktiviert

Die letzte Eintragung wird mit der Meldung "Ende d. Logbuch!" angezeigt.

5.4 Kalibrier- und Justierverfahren

Calibration-/adjustment

Für die Prüfung das DiGas 480 einschalten und die Anwärmzeit abwarten bis das Gerät messbereit ist. Die sicherungspflichtige Anzeige ist das LCD-Display am DiGas 480.

5.4.1 Anzeige von Softwareversion und Checksummen

Nach Dichtheitstest und Anwärmphase können diese Daten über die Bedientasten wie folgt

aufgerufen werden:

Auswahl von "6. Einstellungen"

Auswahl von "5. Parameter"

Auswahl von "1. Allgemein".

Es erscheint eine Anzeige mit Boot-Version, Software-Version, Checksumme, Seriennummer des Gerätes und der Anzahl der Tage bis zur nächsten Gas-Justierung ("N. Gas-Kal. xxx").

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 16.09.2010, Bescheinigung Nr: DE-09-MI010-PTB003, 1. Revision
dated 16.09.2010, Certificate number: DE-09-MI010-PTB003, Revision 1

Seite 11 von 14 Seiten
Page 11 of 14 pages

5.4.2 PE-Faktor

Das DiGas 480 arbeitet mit einem konzentrationsabhängigen PE-Faktor. Auf dem Display können die PE-Faktoren über die Bedientasten wie folgt aufgerufen werden:

Auswahl von "6. Einstellungen"

Auswahl von "5. Parameter"

Auswahl von "4. PEF".

Es wird eine Liste der PE-Faktoren für verschiedene Konzentrationsbereiche von Propan angezeigt

5.4.3 Dichtheitstest

Der Dichtheitstest wird einmal täglich automatisch verlangt. Ohne bestandenen Test ist keine Messung möglich. Der Dichtheitstest kann im Hauptmenü unter "3. Dichth.test" zusätzlich jederzeit manuell durchgeführt werden.

5.4.4 HC-Rückstandstest

Der HC-Rückstandstest wird vor jeder AU-Messung automatisch angefordert.

Manuelle Durchführung für kontinuierlichen Messbetrieb:

Im Hauptmenü Aufrufen von "2. HC-Rückstand", der Test erfolgt dann menügesteuert.

Wird der HC-Rückstandstest nicht bestanden, so erscheint die Meldung "nicht bestanden", mit der "Escape"-Taste (Zurück-Taste) gelangt man zurück ins Hauptmenü. Bei kontinuierlichen Messungen mit nicht bestandenem HC-Rückstandstest blinkt in der obersten Zeile des Displays ein entsprechendes Symbol für "HC-Rückstand".

5.4.5 Messung mit Prüfgas

Nach dem Einschalten und bestandenen Dichtheitstest geht das Gerät automatisch in den Fernsteuermodus. Durch zweimaliges Betätigen der "Escape"-Taste gelangt man in das Hauptmenü.

Vom Hauptmenü aus gelangt man mit "1. Messwerte" in den kontinuierlichen Messbetrieb. Hier kann jetzt die Kontrolle mit Prüfgas erfolgen. Für die Messung wird das Prüfgas über die Probenahmesonde (Sonde am Anschluss „Gas-In“) dem DiGas 480 zugeführt. Der benötigte Durchfluss des Prüfgases beträgt ca. 180 L/h, der durch den Gasfluss erzeugte Überdruck darf maximal 450 hPa betragen.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 16.09.2010, Bescheinigung Nr: DE-09-MI010-PTB003, 1. Revision
dated 16.09.2010, Certificate number: DE-09-MI010-PTB003, Revision 1

Seite 12 von 14 Seiten
Page 12 of 14 pages

5.4.8 Vergleich des Ausdruckes mit der Anzeige

Hierfür ist der über das AU-Programm auf dem PC erstellte Ausdruck mit der LCD-Anzeige am DiGas 480 zu vergleichen. Die Messwertanzeige des PC-Programms ist sicherungstechnisch nicht relevant.

6 Sicherungsmaßnahmen

Security measures

6.1 Versiegelung

Sealing

Auf der Oberseite des Gehäuses des AVL DiGas 480 sind die Verschraubungen an mindestens 2 Stellen gegen Öffnen zu sichern.

6.2 Logbuch

Data logger

Die Eintragungen im Logbuch sind über das Hauptmenü und der Auswahl „6-5-5“ zur Anzeige zu bringen.

7 Kennzeichnungen und Aufschriften

Labelling and inscriptions

7.1 Informationen, die dem Gerät beizufügen sind

Information to be borne by and to accompany the instrument

- Bedienungsanleitung
- Wartungshandbuch
- Sicherheitsvorschriften

7.2 Kennzeichen und Aufschriften

Markings and inscriptions

Abgasanalysatoren dieser Bauart müssen ein Typenschild tragen, das die in der OIML R99 geforderten Angaben sowie die Nummer der Prüfbescheinigung und die Konformitätskennzeichnung enthält (siehe Abb.4/5). Abgasmessgeräte dieses Typs können auf der

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 16.09.2010, Bescheinigung Nr: DE-09-MI010-PTB003, 1. Revision
dated 16.09.2010, Certificate number: DE-09-MI010-PTB003, Revision 1

Seite 13 von 14 Seiten
Page 13 of 14 pages

Rückseite die Zeichen "Achtung Vorsicht", das Symbol zur Beachtung des Gerätehandbuches sowie die Kennzeichnung der Aufstellungsart tragen

8 Abbildungen

Drawings



Abb.1: Frontansicht AVL DiGas 480



Abb.2: Seitenansicht AVL DiGas 480



Abb.3: Rückseite AVL DiGas 480

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

Annex to EC type-examination certificate

vom 16.09.2010, Bescheinigung Nr: DE-09-MI010-PTB003, 1. Revision
dated 16.09.2010, Certificate number: DE-09-MI010-PTB003, Revision 1

Seite 14 von 14 Seiten
Page 14 of 14 pages



CE M 10 0104

ZB7937

Abb.4: Tpenschild 1 AVL DiGas 480

Exhaust Gas Analyser for CO/HC/CO₂ /O₂ λ /NO
Only for vehicle exhaust gas measurements.
Disconnect the power supply before opening the equipment.

DEKRA

AU-1340611
AP48129

Abgasmessgerät für die Untersuchung der Abgase nach Nummer 4.8.2 Anlage VIIIa StVZO i. V. m. der Richtlinie für die Untersuchung der Abgase von KFZ (AU-Richtlinie), Abschnitt 3.2 - 3.4 und 3.7

Gerätenummer/SN: xxxx

CO: 0...10 % vol

CO₂: 0...20 % vol

HC: 0... 20000 ppm vol

Q_c: 0...22 % vol

λ : 0...9.999

NO: 0...5000 ppm vol

OIML Class 0

QC:

Made in EC

AVL DITEST

Type: AVL DiGas 480
Year: 2010
Power supply: 11...25 V=
Power consumption: 25 W typ.
Operating temperature: 5...45 °C
Storage temperature: 0...50 °C
Relative humidity: < 95 % non condensing
Ambient pressure: 750...1100 hPa
Minimal gas flow: 120 l/h
Nominal gas flow: 180 l/h
Max. overpressure GAS IN: < 450 hPa
Mechanical environments: Class M1
Electromagn. environments: Class E3

9-175-217-01 MID

DE-09-MI010-PTB003

Abb.5: Typenschild 2 AVL DiGas 480